


Alerta Invima - Respiradores tipo N95, que no cumplen con la alta eficiencia de filtrado de partículas (PFE) igual o mayor al 95%

Torres Penagos, Zair Marisol <ZMTorres@saludcapital.gov.co>

Mar 2/06/2020 2:06 PM

Cco: prestaciondeserviciosdesaludeps@comfacundi.com.co <prestaciondeserviciosdesaludeps@comfacundi.com.co>; coorsaludpublica@capitalsalud.gov.co <coorsaludpublica@capitalsalud.gov.co>; adiazr@compensarsalud.com <adiazr@compensarsalud.com>; ldlopezn@medimas.com.co <ldlopezn@medimas.com.co>; CR. ROCIO DEL PILAR GARZON AYALA <rocio.garzona@fac.mil.co>; arbey.medina@correo.policia.gov.co <arbey.medina@correo.policia.gov.co>; lsoa@coosalud.com <lsoa@coosalud.com>; sivigila@mallamaseps.com.co <sivigila@mallamaseps.com.co>; edwinad <edwinad@saludtotal.com.co>; dservsalud@unal.edu.co <dservsalud@unal.edu.co>; pyd@servisalud.com.co <pyd@servisalud.com.co>; profesional.atencion2@qcl.com.co <profesional.atencion2@qcl.com.co>; Andrea Paola Gomez Cruz <apaolag@aliansalud.com.co>; Yurani Tatiana Barrera Alonso <yurani.barrera@nuevaeps.com.co>; rsierra@sura.com.co <rsierra@sura.com.co>; Maritza Beatriz Briceño Garcia <mbriceno@famisanar.com.co>; nejvargas@epssanitas.com <nejvargas@epssanitas.com>; ZAIRMARISOL <ZAIRMARISOL@GMAIL.COM>; Peña Aponte, Consuelo <CPena@saludcapital.gov.co>; COVID 19 DPSS.DSSA <covid19dpss.dssa@saludcapital.gov.co>

 1 archivos adjuntos (90 KB)

Alerta Invima 095-2020 - Respiradores tipo N95, que no cumplen con la alta eficiencia de filtrado de partículas (PFE) igual o mayor al 95 .pdf;

Cordial Saludo,

remito informacion de interes par conocimiento y difusión a nivel de prestadores de su Red

omunicado Tecnovigilancia Invima

Bogotá D.C., 28 de Mayo de 2020

Respetadas y Respetados

Miembros de la Red Nacional de Tecnovigilancia

La ciudad

Reciban un cordial saludo.

Deseando que se encuentren bien al igual que sus familias, por medio de este comunicado el Invima ha emitido la Alerta Sanitaria sobre Respiradores tipo N95 fabricados en China que no cumplen con el porcentaje de filtración al 95% y por lo tanto, NO proporcionan protección suficiente al personal de atención médica expuesto al [#COVID19](#), información de seguridad emitida por [U.S. Food and Drug Administration](#), [CDC en Español](#), [Public Health Agency of Canada](#) a partir de los resultados de las pruebas efectuadas por el [NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health](#) de los Estados Unidos.

También puede encontrar la Alerta Sanitaria en nuestro sitio de Alertas Sanitarias enlace <https://app.invima.gov.co/alertas/> opción dispositivos médicos

Agradecemos su atención y difusión a la Red de Prestadores de su área de influencia.

Instamos a continuar promoviendo el reporte de Tecnovigilancia, actividad fundamental para fortalecer la vigilancia post-mercado de los dispositivos médicos en el país en pro de la seguridad del paciente.

Cordialmente,

GRUPO DE TECNOVIGILANCIA

Dirección de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías

INVIMA

Teléfono: (1)2948700 Ext. 3880

Nota: Síguenos en Nuestro Fan Page <https://www.facebook.com/RedNacionaldeTecnovigilancia/>



ZAIR MARISOL TORRES PENAGOS

Profesional Especializado
Dirección de Provisión de Servicios de Salud
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Teléfono (57-1) 3649090 Ext. 9730
KR 32 12 - 81 Edificio Administrativo Piso 5
Bogotá, D.C., Colombia